

Укр. 10 = 3 / 03.09.15г.

До
Всички заинтересовани участници

РАЗЯСНЕНИЯ

От „Частен диализен център- ВТ” ЕООД
гр. Велико Търново, ул. “Ален мак” № 13,
представявана от д-р Валентина Ангелова Атанасова

ОТНОСНО: Постъпило запитване под наш Вх. № 1/03.09.2015 г. от участник, закупил документацията за участие в обявената обществена поръчка за „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „Частен диализен център - ВТ” ЕООД”, вписана в регистъра на АОП под № 05233-2015-0001.

На основание чл. 29 от ЗОП, ви представяме следните разяснения по документацията за участие:

Въпрос № 1: Какво е количеството на „Комплект кръвни линии за апарати Гамбро” по обособена позиция №99 ?

Отговор № 1: Прогнозното количество за 1 година по позиция № 99 Комплект кръвни линии за апарати Гамбро с уринаторна торба на парна стерилизация е 8000 бр.

Въпрос № 2: Видимо има дублиране на обособени позиции, бихте ли конкретизирали специфичните технически характеристики за различните позиции от № 85 до №98?

Отговор № 2: Уточняваме специфичните изисквания по позиции от позиция № 85 до позиция № 98 включително, както следва:

- Специфичните изисквания за диализатори от позиция № 85 до позиция № 91 включително са: **Диализатори с мембрана, изработена от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация или гама лъчи.**
- Специфичните изисквания за диализатори от позиция № 92 до позиция № 98 включително са: **Диализатори с мембрана от полиарилетерсулфон с поливинилпиролидон и полиамид, вътрешнопарова стерилизация.**

03.09.2015 г.
гр. Велико Търново

УПРАВИТЕЛ:
/Д-р Валентина Атанасова/

